

Vniková tělíska a výměnné kuličky pro zkoušky tvrdosti

Rockwell

Mitutoyo vniková tělíska pro zkoušky tvrdosti podle Rockwella

Stejně jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí být vnikové tělísko bezvadné kvality. **Mitutoyo** proto používá pouze diamantová vniková tělíska od nejzkušenějších dodavatelů. Vniková tělíska jsou kalibrována v nejpřísnějších kalibračních laboratořích s akreditací **DAkks**, akreditované podle **ISO 17025** a navázané na **PTB**. Neustálý vývoj u našich kalibračních partnerů zajišťuje bezkonkurenční úroveň kvality.

Diamantové vnikové tělísko Rockwell má kalibrační certifikáty **DAkks** podle **DIN EN ISO 6508-2 a/** nebo **ASTM E18**.

Volitelně je k dispozici funkční zkouška, která ověřuje použitelnost vnikového tělíska s ohledem na různé úrovně hloubky vtisku při různých zkušebních zatíženích.

Držáky kuliček vyrábí **Mitutoyo** a jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro přiloženou kuličku.

Kalibrovanou kuličku objednávejte zvlášť.

Funkční zkoušky pro držáky kuličky jsou dostupné na vyžádání.

Pro více informací nás kontaktujte.



Obj. č.	Popis
11AAD465	Rockwell kuličkové vnikové tělísko z uhlíkových vláken, pr. 1,5875 mm (1/16"). Kalibrační certifikát není součástí dodávky.
19BAA507	Rockwell náhradní kulička z karbidu wolframu, pr. 1,5875 mm (1/16"). Kalibrační certifikát není součástí dodávky. 1ks.